
EXTRAIT DU PROCES VERBAL
APPEL D'OFFRES OUVERT N°30/2017

Objet : _____ Acquisition des équipements médicaux en faveur des hôpitaux et centres hospitaliers de la Région Souss Massa, LOT: Imagerie à rayon X

Maitre d'ouvrage : Région Souss Massa

Date d'ouverture des plis : Le 03/05/ 2017 à 10h30.

Lieu d'ouverture des plis : Siège du Conseil Régional Souss Massa

Les références de publication :

- Al Sahra Almaghribia N° 9662 du 05/04/2017
- Le Matin du Sahara N° 16181 du 05/04/2017
- Akhbar Alyouam N° 22256 du 05/04/2017

Les Journaux rectificatif

- Al Sahra Almaghribia N° 9665 du 8-9/04/2017
- Akhbar Alyouam N°2260 du 10/04/2017

Et au portail des marchés publics de l'Etat www.marchespublics.gov.ma en date du 10/04/2017.

Liste des concurrents qui ont déposé leurs plis :

- BATRA MEDICAL
- MEDICAR
- 3G COM
- ERAMEDIC
- PROPHARMA
- PROMAMEC
- METEC DIAGNOSTIC

Liste des concurrents écartés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs techniques

- PROPHARMA
- METEC DIAGNOSTIC
- MEDICAR

Liste des concurrents admissibles sans réserves :

- BATRA MEDICAL
- 3G COM
- ERAMEDIC
- PROMAMEC

Liste des concurrents écartés à l'issue de l'examen offres techniques :

- PROMAMEC

Liste des concurrents admissibles sans réserves :

- BATRA MEDICAL
- 3G COM
- ERAMEDIC

Liste des concurrents admissibles avec réserves : Néant.

Montant des actes d'engagement :

Concurrents	Montant des actes d'engagement
BATRA MEDICAL	6.432.960,00
3G COM	5.616.000,00
ERAMEDIC	7.043.424,00

Enfin la commission décide de proposer à l'autorité compétente de retenir l'offre qu'elle juge la plus avantageuse qui a été proposée par la Sté : **3G COM** pour un montant de **Cinq Millions Six Cent Seize Mille dirhams,00 Cts** (5.616.000,00Dhs T.T.C).

Fait à Agadir le



Tableau de conformité aux spécifications techniques du CPS

<u>LOT</u>	<u>SOCIETE</u>	<u>CONFORMITE</u>	<u>OBSERVATIONS</u>
N° 30 Imagerie à Rayons X	BATRA	CONFORME	
	3G COM	CONFORME	
	ERAMEDIC	CONFORME	
	PROMAMEC	NON CONFORME	Article 2 : La société propose d'une part un tube à rayon X de modèle RTM 90HS qui n'est pas conforme aux spécifications demandées dans le CPS et d'une autre part propose autre modèle RTM 101HS
N° 31 Numérisation	PROMAMEC	NON CONFORME	Charge cassettes en lecture : 2 cassettes au lieu de 4 cassettes en ligne ou plus
	PROPHARMA	NON CONFORME	Charge cassettes en lecture : 2 cassettes au lieu de 4 cassettes en ligne ou plus
N° 33 Anesthésie - Réanimation	METEC	CONFORME	
	SIELMED	CONFORME	
	MEDICAR	NON CONFORME	Article 1 : <ul style="list-style-type: none"> • Fréquence : 4 à 60 C/min au lieu de 4 à 100 C/min • PEEP : 0 à 20 cm H2O au lieu de 4 à 30 cmH2O • Sensibilité Trigger : 2 à 15 l/min au-dessus du niveau de PEEP au lieu de 1 à 4 l/min • Absence de documentation sur le monitoring • Absence de caractéristique sur le mélangeur
	NUMELEC	NON CONFORME	Article 1 : <ul style="list-style-type: none"> • PEEP : 4 à 20 cm H2O au lieu de 4 à 30 cmH2O Article 5 : <ul style="list-style-type: none"> • Autonomie de batterie 2.5 h de surveillance, 2h de stimulation au lieu 3,5 heures

E. KADOMPE

ELMCHICHISAI

*l'annex
ABOUINI
LICHAM*

*BATRA
Baton d'ali*