

\*\*\*\*

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL  
APPEL D'OFFRES OUVERT N°33/2017**

**Objet :** Acquisition des équipements médicaux en faveur des hôpitaux et centres hospitaliers de la Région Souss Massa, LOT: Anesthésie réanimation

**Maitre d'ouvrage :** Région Souss Massa

**Date d'ouverture des plis :** Le **03/05/ 2017 à 10h30.**

**Lieu d'ouverture des plis :** Siège du Conseil Régional Souss Massa

**Les références de publication :**

- **Al Sahra Almaghribia** N° 9662 du 05/04/2017
- **Le Matin du Sahara** N° 16181 du 05/04/2017
- **Akhbar Alyouam** N° 22256 du 05/04/2017

**Les Journaux réctificatif**

- **Al Sahra Almaghribia** N° 9665 du 8-9/04/2017
- **Akhbar Alyouam** N°2260 du 10/04/2017

Et au portail des marchés publics de l'Etat [www.marchespublics.gov.ma](http://www.marchespublics.gov.ma) en date du 10/04/2017.

**Liste des concurrents qui ont déposé leurs plis :**

- METEC DIAGNOSTIC
- SIELMED
- NUMELEC MAROC
- PARA NOR SUD
- MEDICAR
- PRECISMED
- PROPHARMA
- USAGE MEDICAL

**Liste des concurrents écartés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs techniques :**

- PARA NOR SUD
- PRECISMED
- PROPHARMA
- USAGE MEDICAL

Liste des concurrents admissibles sans réserves :

- METEC DIAGNOSTIC
- SIELMED
- NUMELEC MAROC
- MEDICAR

Liste des concurrents écartés à l'issue de l'examen offres techniques :

- NUMELEC MAROC
- MEDICAR

Liste des concurrents admissibles sans réserves :

- METEC DIAGNOSTIC
- SIELMED

Liste des concurrents admissibles avec réserves : Néant.

Montant des actes d'engagement :

Concurrents	Montant des actes d'engagement
METEC DIAGNOSTIC	4.564.122,00
SIELMED	3.630.000,00

Enfin la commission décide de proposer à l'autorité compétente de retenir l'offre qu'elle juge la plus avantageuse qui a été proposée par La Sté: SIELMED pour un montant de Trois Millions Six Cent Trente Mille dirhams,00 Cts 3.630.000,00Dhs T.T.C).

Fait à Agadir le



**Tableau de conformité aux spécifications techniques du CPS**

<u>LOT</u>	<u>SOCIETE</u>	<u>CONFORMITE</u>	<u>OBSERVATIONS</u>
N° 30 Imagerie à Rayons X	BATRA	CONFORME	
	3G COM	CONFORME	
	ERAMEDIC	CONFORME	
	PROMAMEC	NON CONFORME	<b>Article 2 :</b> La société propose d'une part un tube à rayon X de modèle RTM 90HS qui n'est pas conforme aux spécifications demandées dans le CPS et d'une autre part propose autre modèle RTM 101HS
N° 31 Numérisation	PROMAMEC	NON CONFORME	Charge cassettes en lecture : 2 cassettes au lieu de 4 cassettes en ligne ou plus
	PROPHARMA	NON CONFORME	Charge cassettes en lecture : 2 cassettes au lieu de 4 cassettes en ligne ou plus
N° 33 Anesthésie - Réanimation	METEC	CONFORME	
	SIELMED	CONFORME	
	MEDICAR	NON CONFORME	<b>Article 1 :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fréquence : <b>4 à 60 C/min</b> au lieu de <b>4 à 100 C/min</b></li> <li>• PEEP : <b>0 à 20 cm H2O</b> au lieu de <b>4 à 30 cmH2O</b></li> <li>• Sensibilité Trigger : <b>2 à 15 l/min</b> au-dessus du niveau de PEEP au lieu de <b>1 à 4 l/min</b></li> <li>• Absence de documentation sur le monitoring</li> <li>• Absence de caractéristique sur le mélangeur</li> </ul>
	NUMELEC	NON CONFORME	<b>Article 1 :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PEEP : <b>4 à 20 cm H2O</b> au lieu de <b>4 à 30 cmH2O</b></li> </ul> <b>Article 5 :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autonomie de batterie 2.5 h de surveillance, 2h de stimulation au lieu 3,5 heures</li> </ul>

*E. LADDIRI*

*ELMCHICHSIAD*

*L'annex  
AAOUINI  
LICHAM*

*BATRA  
Baton d'ali*